



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Pracoviště: Laboratoře primární metrologie, V Botanice 4, 150 72 Praha 5, tel. +420 257 288 311
oddělení akustiky a kinematiky – laboratoř rychloměrů.

OVĚŘOVACÍ LIST

č. 8012-OL-70272-25

Datum vydání: 7. dubna 2025 List 1 ze 2 listů

Vlastník: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zákazník: ATS-TELCOM PRAHA a.s., Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 – Michle

Měřidlo:

výrobce: Silniční laserový rychloměr
Laser Technology, Inc., USA
typ: LTI 20/20 TruCAM II
výrobní číslo rychloměru: TC006459
rozsah měření rychlosti: 0 km.h⁻¹ až 250 km.h⁻¹
rok výroby: 2018

Použité etalony: Etalonové pásmo STABILA, SRN, typ 30 m, v.č. 01, návaznost na státní etalon délky ČMI.
Simulátor pro zkoušky laserových rychloměrů typ LSMS, výrobce LASER Technology Inc., USA, v.č. SS000010+OH000015, návaznost na státní etalon frekvence.

Podmínky měření: Teplota okolí : (22 ± 1) °C, relativní vlhkost vzduchu (24,9 ± 2,1) %

Místo ověření: Český metrologický institut, Laboratoře primární metrologie, odd. akustiky a kinematiky, V Botanice 4, 150 72 Praha 5

Datum zkoušky: 7. dubna 2025

Ověření provedl:

zástupce ředitele ČMI LPM Praha:

Ing. Enrico Buttoraz



Ing. Jiří Borovský

Metoda měření: Dle opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

Ověření je provedeno vystavením tohoto ověřovacího listu a opatřením měřidla úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení typu měřidla č. 0111-CS-C040-18 ze dne 31.10.2018.

Doba platnosti ověření rychloměru končí dne: **6. dubna 2026**

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Konec ověřovacího listu.



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 171500807-518117-250409145018.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171500807-518117-250409145018**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Rychnov nad Kněžnou, IČ: 00275336

Pracoviště: Město Rychnov nad Kněžnou

Datum vyhotovení: **09.04.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Blanka Vítková

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



171500807-518117-250409145018