



**Český metrologický institut**

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

**Pracoviště:** Laboratoře primární metrologie, V Botanice 4, 150 72 Praha 5, tel. +420 257 288 311  
oddělení akustiky a kinematiky – laboratoř rychloměrů.

## OVĚŘOVACÍ LIST

### č. 8012-OL-70210-24

**Datum vydání:** 3. dubna 2024 List 1 ze 2 listů

**Vlastník:** Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

**Zákazník:** ATS-TELCOM PRAHA a.s., Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 – Michle

**Měřidlo:** Silniční laserový rychloměr  
**výrobce:** Laser Technology, Inc., USA  
**typ:** LTI 20/20 TruCAM II  
**výrobní číslo rychloměru:** TC006459  
**rozsah měření rychlosti:** 0 km.h<sup>-1</sup> až 250 km.h<sup>-1</sup>  
**rok výroby:** 2018

**Použité etalony:** Etalonové pásmo STABILÁ, SRN, typ 30 m, v.č. 01, návaznost na státní etalon délky ČMI.  
Simulátor pro zkoušky laserových rychloměrů typ LSMS, výrobce LASER Technology Inc., USA, v.č. SS000010+OH000015, návaznost na státní etalon frekvence.

**Podmínky měření:** Teplota okolí : ( 23 ± 1 ) °C, relativní vlhkost vzduchu ( 32,2 ± 2,1 ) %

**Místo ověření:** Český metrologický institut, Laboratoře primární metrologie, odd. akustiky a kinematiky, V Botanice 4, 150 72 Praha 5

**Datum zkoušky:** 3. dubna 2024

**Ověření provedl:**

**zástupce ředitele ČMI LPM Praha:**

**Ing. Enrico Buttoraz**



**Ing. Jiří Borovský**

**Metoda měření:** Dle opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

**Výrok o výsledku:** Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

Ověření je provedeno vystavením tohoto ověřovacího listu a opatřením měřidla úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení typu měřidla č. 0111-CS-C040-18 ze dne 31.10.2018.

Doba platnosti ověření rychloměru končí dne: **2. dubna 2025**

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Konec ověřovacího listu.



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 167495063-497712-240923085430.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167495063-497712-240923085430**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Rychnov nad Kněžnou, IČ: 00275336

Pracoviště: Město Rychnov nad Kněžnou

Datum vyhotovení: **23.09.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Kateřina Vostoupalová

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



167495063-497712-240923085430